



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 070/2023 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
21/11/2023 12:04	<p>Quanto ao item 2. BOMBA DE INFUSÃO: 1. Para o trecho "Volume a infundir de 0,1 a 9999,9 ml", questionamos se serão aceitos dispositivos com ajuste do volume a infundir de 0,1 a 9999 ml em função da proximidade com a capacidade solicitada, permitindo atendimento de infusões de pacientes neonatais, pediátricos e adultos; 2. Para o trecho "Peso corpóreo máximo 350,0 kg", questionamos se serão aceitos dispositivos com definição de peso corpóreo ajustável de 0,1 a 300,0 kg também em função da proximidade com os valores solicitados e o fato de ser possível realizar a infusão em pacientes adultos obesos; 3. Para o trecho "Alarmes visuais e sonoros, alarme de espera, vazão livre, funcionamento em KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusão completa, bateria baixa, bateria critica, troca de trecho de descartável e erro de programação", questionamos se serão aceitos alarmes com nomenclaturas diferentes, mas que também avisam ao paciente sobre situações na infusão que devem ser analisadas pelo usuário; 4. Para o trecho "A bomba deverá possuir bateria recarregável de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas", questionamos se serão aceitos dispositivos com autonomia de bateria de 4 horas em função da proximidade com o parâmetro solicitado.</p>	Pedido_de_Esclarecimento_Bomba.pdf	https://lanceletron.ico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/70f84c00a6bb463381d5097abcc2a6db.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

DANIEL DO NASCIMENTO NOVAES

JACUPIRANGA-SP - 23/11/2023

Gerado em: 23/11/2023 08:17:32